



Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Descrizione:

**Alimenti "Melone Retato Lotto PR 57 - Red Falcon - Produttore:
Provenzeni - Azienda Agripalma - Palma di Montechiaro" prelievo a
cura del committente**

**Spettabile:
AGRIPALMA
C/da Senia Albanazzi
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)
Italia**

Accettazione:

2166993

Punto di Campionamento:

\\

Luogo di Campionamento:

\\

Data Arrivo Camp.:

22-apr-25

Data Inizio Prova:

23-apr-25

Data Fine Prova:

29-apr-25

Mod.Campionam.:

A cura del Committente

Tecnico Campionatore.:

\\

Presenza Allegati:

NO

Riferim. dei limiti:

Reg CE 149/2008 e ss.mm.ii.

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
PARAMETRI CHIMICI						
2,4,5-T UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		90		
2,6-Dimetilanilina UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
2-idrossipropoxycarbazone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
4-Bromofenilurea UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
1,4 -Dimetilnaftalene UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
2,4'-dicofol UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
4,4'-dicofol UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Dicofol (somma degli isomeri 4,4 e 2,4) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
2,4,6-Tribromoisolo UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
2-fenilfenolo UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Fenoprop (2,4,5-TP) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
2,4-DDD UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
2,4-DDE UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
2,4-DDT UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
4,4-DDD UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
4,4-DDE UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
4,4-DDT UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
DDT (somma di 4,4-DDT, 2,4-DDT, 4-4-DDE e 4-4-DDD) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
2,4-D UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
2,4-DB UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		101		
2-Naphthoxy acetic acid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		100		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
3,4,5-Trimethacarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
4-Chlorophenoxyacetic acid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Acephate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Acenochinocil idrossi UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Acetamiprid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		83		
Acetochloro UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Acibenzolar-s-methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Aclonifen UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Acrinathrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Alachlor UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Aldrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		
Aldrin e Dieldrin (aldrin e dieldrin combinati) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
alfa-esaclorocicloesano UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
beta-esaclorocicloesano UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		94		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
gamma-esaclorocicloesano (Lindano) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Aldicarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Aldicarb sulfone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Aldicarb solfossido UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Aldicarb (somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb sulfone) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Allethrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		84		
Alloxydim-Sodium UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Alphamethrine UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Ametoctradin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Ametryn UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Amidosulfuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		90		
Aminocarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
2,4-dimetilanilina UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		
Amitraz UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4-dimetilanilina) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		107		
Amisulbrom UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Asulam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Atrazine UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Atrazine-desethyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Atrazine-desisopropyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Azadirachtin A UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Azimsulfuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Azinphos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Azinphos-ethyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Azocyclotin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Azaconazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		100		
Azoxystrobin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		107		
Barban UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Benalaxyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		
Bendiocarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Benfluralin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Benodanil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Bensulfuron methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Bentazone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Benthiavdicarb-isopropyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		
Benzthiazuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Benzoximate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		
Benzoylprop-ethyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Bifenile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Bifenox UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		
Bifenthrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Bispiribac UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Biteranole (mixture of isomers) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Bixafen UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Bolstar (Sulprofos) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
Boscalid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Bromacil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		108		
Bromfenvifos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Bromocyclen UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Bromophos-ethyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		99		
Bromophos-methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Bromoxynil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		84		
Bromuconazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
2,4,6-Triclorofenolo UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
BTS9608 - 2,4,6-acido triclorofenossiacetico UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
BTS40348 UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
BTS44595 UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
BTS44596 UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Prochloraz UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Prochloraz (sommatoria + metaboliti) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Bupirimate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Butacloro UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Butralin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		101		
Buturon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Buprofezin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Butafenacil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Butocarboxim sulfoxide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Butoxycarboxim UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Butylate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
BY108330 enol-glucoside UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
BYI08330-chetoidrossilico UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
BYI08330-enolo UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
BYI08330-monoidrossilico UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Spirotetramat UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Spirotetramato e suoi metaboliti UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
Cadusafos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Carbaryl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Carbendazim UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi come carbendazim) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Carbetamide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Carbofenotion UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		99		
Carbofuran UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Benfuracarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
3-idrossi-carbofuran UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Carbofurano (somma di carbofurano, carbosulfan, benfuracarb o furatiocarb) e 3-idrossi-carbofurano UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		101		
Carboxin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Carfentrazone-etile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Chinomethionat UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Chlorantraniliprole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Chlorfluazuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Chloridazon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Cloridazon-desfenil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Cloridazon (somma di cloridazon e cloridazon-desfenil) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Chlorsulfuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Chlorthiophos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Chlorotoluron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Chlorothalonil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Chlorthal-dimethyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Chlorpropham UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Chlorpyrifos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Chlorpyrifos-methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Cialofop-butile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Cianofos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Ciantraniliprole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Ciclanilide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		81		
Cifenotrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		83		
Cimiazolo UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Cinosulfuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
alfa-clordano UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
gamma-clordano UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Clordano (somma di Cis-clordano e trans-clordano) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Cis-nonacloro UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Clordecone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Clordimeform UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Clorobenzilato UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		
Cloroneb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Clethodim UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Sethoxydim UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Cletodim + Setossidim UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		94		
Climbazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Clofentezine UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Clodinafop-propargyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Clorfenapir UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		101		
Clorfenon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Clorfenvinphos (mixture of Z and E isomers) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Cloropropilato UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Clortiamid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		83		
Clortion UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Clomazone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Cloquintocet Mexyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Clorbenside UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Clorbromuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Clorbufam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Clothianidin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Clozolate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Coumaphos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Crimidina UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		99		
Crotoxyfos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Cyanazine (Bladex) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		107		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Cyazofamid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		109		
Cyanofenphos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		107		
Cycloate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Cybutryne UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Cycloxydim UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Cycluron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		82		
Cyflufenamid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
Cyfluthrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		109		
Cymoxanil UNI EN 15662:2018	0,054	mg/kg	0,027	107		0,4
Cypermethrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Cyproconazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Cyprodinil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Cyromazine UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Deltamethrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
delta-esaclorocicloesano UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Demeton-O UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Demeton-S UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Demeton-S-metile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Demeton (total, mixed isomers) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Demeton-S-methyl-sulfone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		83		
Oxydemeton-Methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S- metilsolfone) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Desmedipham UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Demeton-S-methyl-sulfoxide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Desmethyl-pirimicarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Desmetryn UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Diafenthion UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Dialifos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Diallate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Diazinon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Dichlobutrazol (mixture of stereo isomers) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		112		
Dichlofenthion UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		115		
Dichlofluanid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		107		
Dichlorprop UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		109		
Dichlorvos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Diclocymet UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Diclofop methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Acido di diclofop UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Diclofop (somma di diclofop-metile e acido di diclofop) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Dicrotophos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Dicloran UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Dieldrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		91		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Dietil-M-toluamide (DEET) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		83		
Diethofencarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Difenilammina UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Difenoconazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		
Diflubenzuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Diflufenican UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		112		
Dimepiperate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		101		
Dimethachlor UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		115		
Dimethametryn UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Dimethenamid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Dimethoate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Omethoate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		
Dimetoato (somma di Dimetoato e Ometoato) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Dimethomorph UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Dimoxystrobin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Diniconazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Dinitramine UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Dinotefuran UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Dioxacarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Diphenamid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Dipropetrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Disulfoton sulfone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Disulfoton sulfoxide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Ditalimfos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Dithianon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Diuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
DNOC UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		91		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Dodine UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Edifenfos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Emamectin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		94		
Endrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Endrin aldeide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Eptacloro UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Eptacloro epossido UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Eptacloro (somma di Eptacloro e di Eptacloro epossido) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Eptenofos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Esaclorobenzene (HCB) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		83		
alfa-endosulfano UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
beta-endosulfano UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Endosulfan Sulfato UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
EPN UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Epoxiconazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		
Esazinone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		84		
Esaflumuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Esfenvalerate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Etaconazolo UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Etalfluralin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Ethoxyquin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		84		
Ethiofencarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		82		
Ethiofencarb solfone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Ethiofencarb solfossido UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Ethion UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Ethirimol UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Etofenprox UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Ethoprophos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Ethofumesate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		109		
Etossisulfuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		
Etoxazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Etridiazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		101		
Etrimfos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Exitiazox UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Famoxadone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Famphur UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Fenamidone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Fenamiphos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Fenamifos solfone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Fenamifos solfossido UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		94		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Fenarimol UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		101		
Fenazaquin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Fenbuconazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		94		
Fenbutatin oxide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Fenclorfos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Fenclorfosoxon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Fenhexamid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Fenitrothion UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Fenkapton UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Fenmedifam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Fenobucarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Fenothiocab UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Fenotrina UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Fenoxaprop-P UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Fenoxaprop-p-etile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Fenoxycarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Fenpropathrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Fenpropidin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Fenpropimorph UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Fenpyroximate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		
Fenson UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Fensulfothion UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		84		
Fensulfothion sulfone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Fenthion UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		83		
Fenthion oxon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Fenthion sulfone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Fenthion oxon sulfone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Fenthion oxon sulfossido UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Fenthion sulfossido UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Fention (fention e il suo analogo ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		90		
Fenuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Fenvalerate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Fipronil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Fipronil desulfinil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		
Fipronil Sulfone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Flamprop-M-isopropyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		101		
Flazasulfuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Flonicamid UNI EN 15662:2018	0,0159	mg/kg	0,0080	92		
TFNA UNI EN 15662:2018	0,023	mg/kg	0,012	95		
TFNG UNI EN 15662:2018	0,036	mg/kg	0,018	94		
Flonicamid: somma di Flonicamid, TFNA e TFNG UNI EN 15662:2018	0,077	mg/kg	0,038	94		0,4
Florasulam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Florpyrauxifen-Benzyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		84		
Fluazifop UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Fluazinam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Flubendiamide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Flucarbazone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Fluchloralin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Flucycloxuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Flucythrinate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		
Fludioxonil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Flufenacet UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Flufenacet ossalato UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Flufenacet tioglicolato solfossido UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Flufenacet (somma di tutti i composti) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Flufenoxuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		84		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Flumetralin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Fluopicolide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		81		
Fluopyram UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		82		
Fluotrimazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Fluoxastrobin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Flupiradifurone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Fluquinconazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Flurprimidol UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Flurocloridone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		
Fluroxypyr UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Flurtamone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		91		
Flusilazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Flutiacet-metile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Flutriafol UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Fluxapyroxad UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Folpet UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Phthalimide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		100		
Folpet (somma di folpet e phthalimide espressi come folpet) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
Fomesafen UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		
Fonofos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		115		
Foramsulfuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		109		
Forchlorfenuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Formetanate hydrochloride UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Formothion UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Fosthiazate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		
Fuberidazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		116		
Furalaxyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		114		
Furatiocarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		112		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Halfenprox UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		108		
Halosulfuron-metile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		107		
Haloxypop UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Haloxypop-etotyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Heptenophos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Hexaconazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Hexaflumuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Hexythiazox UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		91		
Imazalil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Imazamethabenz UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Imazamethabenz Methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		99		
Imazamox UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Imazapyr UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		107		
Imazaquin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		108		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Imazethapyr UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
Imazosulfuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Imidacloprid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Indoxacarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Iodosulfuron-Methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		109		
Ioxynil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Iodofenphos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		82		
Isodrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Isopirazam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Iprobenfos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Iprodione UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Iprovalicarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Isazofos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		112		
Isocarbofos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Isofenphos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		82		
Isoprocarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Isoprotiolano UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
Isopropalin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		108		
Isoproturon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Isoxaben UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Isoxadifen-etile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Isoxaflutole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Dichetonitrile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Isoxaflutole (somma di Isoxaflutole e del relativo metabolita Dichetonitrile) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Isoxation UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Kresoxim-Methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Lambda-Cyhalothrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Leptophos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Linuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		101		
Lufenuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Malaoxon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Malathion UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Malathion (somma di Malathion e Malaoxon) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Mandipropamid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
MCPA UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
MCPB UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
Mecarbam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Mecoprop (somma di Mecoprop-P e Mecoprop) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Mefenpir-dietile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Mepanipyrim UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Mepronil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Meptyldinocap UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Metacrifos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Metossicloro UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Metaflumizone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Metalaxil-M UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Metamitron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Metazachlor UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
479M04 UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
479M08 UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
479M16 UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Metazachlor: somma dei metaboliti 479M04, 479M08, 479M16 UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
Mesotrione UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Metaconazolo UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Methabenzthiazuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		112		
Methamidophos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Methidathion UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Methiocarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Methiocarb solfone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Methiocarb solfossido UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Methiocarb (somma del Methiocarb e del Methiocarb solfossido e solfone) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Methomyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Methoxyfenozide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Metobromuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Metolachlor UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Metolcarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Metoprene UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Metoprotrina UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Metosulam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Metoxuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Metrafenone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Metribuzin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Metsulfuron Methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Mevinphos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Milbemicin A3 UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Milbemicin A4 UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Milbemectin (somma di Milbemicin A4 e Milbemicin A3) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Mirex UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Molinate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Monocrotophos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		84		
Monolinuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Monuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Myclobutanyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		91		
Naled (dibrom) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Napropamide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		90		
Naptalam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Neburon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		
Nicosulfuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		115		
Nitenpyram UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Nitralin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		108		
Nitrapirin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		109		
Nitrothal-Isopropyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
NOA-beta (2-naftilossiacetic acid) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Norflurazon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Nuarimol UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Ofurace UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Ossicarbossina UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Oxadiazon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Oxadixyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		
Oxamyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Oxasulfuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Paclobutrazol UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Paraoxon-etile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Paraoxon-metile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		90		
Paration-metile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Paration metile (somma di paration metile e paraoxon metile) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Parathion UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Pebulate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Penconazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Pencycuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Penoxulam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Pentachloranisole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Pentaclorobenzene UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
Pentaclorofenolo UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		114		
Pendimethalin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Phenmedipham UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		113		
Phenthoate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		115		
Permetrina (cis) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Permetrina (trans) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Permetrina (somma degli isomeri) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Pertane UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Phosalone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		99		
Phosphamidon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Phoxim UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
Phorate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		84		
Phorate oxon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Phorate oxon solfone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Phorate solfone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Phorate solfossido UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Phorate (somma di Phorate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfoni) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Phosmet UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Phosmet oxon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Phosmet (Phosmet e Phosmet oxon) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Picolinafen UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Picoxystrobin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Pinoxaden UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Piperofos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Piperonyl Butoxide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Piracarbolid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		107		
Pirazofos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Piridafention UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		99		
Pirimicarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Pirimicarb desmetil-formamido UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Pirimiphos-Ethyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Pirimiphos-Methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Piroxsulam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Pretilaclor UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Primisulfuron-Methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Procymidone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Profam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Profenofos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Profluralin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		108		
Profoxydim UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Prometon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Promecarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		112		
Prometryn UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Propachlor UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Propamocarb free base (Propamocarb) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Propanil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
Propaquizafop UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Propargite UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		
Propazine UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Propetamphos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		90		
Propiconazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		101		
Propoxur UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Propoxycarbazone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Propyzamide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		112		
Proquinazid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		109		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Prosulfocarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		107		
Prosulfuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Prothiofos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Protioconazolo UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Protioconazolo: protioconazolo- destio (somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Prothoate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Pymetrozine UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		90		
Pyraclostrobin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Pyridalyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Pyraflufen-Ethyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Pyrazophos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Pyridaben UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Pyrifenoxy UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Pyrimethanil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		90		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Pyriproxyfen UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		97		
Quinclorac UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Quinalphos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Quinmerac UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Quinoxifen UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		109		
Quintozene UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		
Pentacloroanilina UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Quintozene (somma di quintozene e di pentacloroanilina) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		107		
Quizalofop-etile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		100		
Quizalofop UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Resmetrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Rimsulfuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		101		
Rotenone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Saflufenacil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Saflufenacil (M800H11) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Saflufenacil (M800H35) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		84		
Saflufenacil (somma di saflufenacil, M800H11 e M800H35) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Sedaxane UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
S421 (Ottaclorodipropil Etere) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Silafluofen UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Siltiofam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Simazine UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Simetrina UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		
Spinetoram UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		112		
Spinosad UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		108		
Spinosyn A UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		108		
Spinosyn D UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		100		
Spirodiclofen UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Spiromesifen UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		96		
Spiroxamine UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Sulcotrione UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		90		
Sulfallate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		94		
Sulfentrazone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Sulfosulfuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Sulfotepp UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Sulfoxaflo UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Sulprofos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
Tau-Fluvalinate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Tebuconazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Tebufenozide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Tebufenpyrad UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Tebupirimifos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		90		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Tebutam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		
Tecnazene UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Teflubenzuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Telodrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Temefos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Tembotrione UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Tepraloxymid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Terbacil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Terbufos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		100		
Terbufos solfone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Terbufos solfossido UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Terbumeton UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		107		
Terbuthylazine UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		115		
Terbutilazina-Desetil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		101		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Terbutryne UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Tetrachlorvinphos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Tetraconazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Tetradifon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Tetramethrin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Tetrasul UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Thiabendazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Thiacloprid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		107		
Thiamethoxam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		101		
Thifensulfuron Methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		106		
Thiobencarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Thiocyclam UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Thiodicarb UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		105		
Thionazin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Thiophanate Methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Tiencarbazone metile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		84		
Tiocarbazil UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Tiofanox solfone UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Tiofanox solfossido UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		108		
Tiometon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		101		
Tolclofos Methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Tolyfluanid UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Trans-nonacloro UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		115		
Tralcoxidim UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Transflutrina UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Triadimenol UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Triallate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Triasulfuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Triazamate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		87		
Triazophos UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Triazoxide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Tribenuron Methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		98		
Trichlorfon UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Tricilazolo UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Triclopyr UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		104		
Tricloronate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
Tridemorf UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Trifloxystrobin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Triflumizole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		88		
FM-6-1(N-(4-cloro-2- trifluorometilfenil- n- propoxyacetamidine) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		
Triflumazolo: triflumazolo e il metabolita FM-6-1 UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		91		
Triflumuron UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		93		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Prova Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	Lim. Min.	Lim. Max.
Trifluralin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Triflusaluron Methyl UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		102		
Trinexapac etile UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		110		
Trinexapac (somma di trinexapac (acido) e dei suoi Sali) UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		103		
Triticonazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		85		
Valifenalate UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		86		
Vamidothion UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		92		
Vinclozolin UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		95		
Uniconazole UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		89		
Zoxamide UNI EN 15662:2018	< 0,005	mg/kg		90		

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

- MASAF Elenco Laboratori designati al rilascio di Certificati Analisi nel Settore Oleicolo
- MASAF Elenco dei laboratori che soddisfano i requisiti per Analisi Fertilizzanti previsti dal D.L. 29-04-2010, n.75
- MASAF D.M. n.2592 del 12-03-2014 – Elenco Laboratori che eseguono analisi per controlli in Agricoltura Biologica
- Ministero della Salute Elenco Regione Sicilia Laboratori qualificati per analisi amianto ai sensi del DM 14/05/96
- Regione Sicilia - Elenco laboratori che eseguono analisi per Autocontrollo Alimentare Allegato A al D.D.G. n.434/2017 del 9-3-2017
- Regione Sicilia Elenco Tecnici Competenti in Acustica – Dipartimento Ambiente – D.Lgs n. 42 del 17-02-2017



LAB N° 0439 L

Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Sedi:

Sede Principale (A): Via Pio La Torre n° 13 Area P.I.P. - 92013 Menfi (AG)
Sede Secondaria (B): C.da Piana del Signore - Strada provinciale n° 82 - 93012 Gela (CL)
Sede Secondaria (C): Via Ezio Lucarno n° 51 - 16100 Genova

La lettera (B) riportata accanto al singolo parametro indica che la prova è stata eseguita presso la Sede Secondaria di Gela. In caso contrario le attività di prova sono eseguite presso la Sede Principale.

La lettera (C) riportata accanto al singolo parametro indica che le attività sono state coordinate dalla Sede Secondaria di Genova.

Abbreviazioni:

“L.B.” = Criterio Lower Bound per l’espressione delle sommatorie
“U.B.” = Criterio Upper Bound per l’espressione delle sommatorie
“M.B.” = Criterio Medium Bound per l’espressione delle sommatorie
“MDL” = Limite di Rilevabilità del metodo di prova
“RL” = Reporting Limit Limite di Quantificazione del metodo di prova
“U.M.” = Unità di Misura
“N.P.” = Non percettibile
“R” = Valore del recupero percentuale, nel caso di analisi di residui/tracce
“ss” = sostanza secca
“TQ” = tal quale
“N.A.” = “Non applicabile per effetto della matrice”
“N.D.” = “Non determinabile per l’assenza delle condizioni necessarie per l’esecuzione della prova”
“Mod. Campionamento” = “Modalità di Campionamento”
“TC” = “Analita determinato sull’eluato da Test di Cessione”
“Fattore di scala” = “Fattore di conversione tra il risultato grezzo ed il risultato finale (tiene conto di eventuali diluizioni, concentrazioni, cambi di unità di misura, espressioni del risultato rispetto al secco o setacciato, ecc).”
“Rev.” = “Numero di Revisione del Rapporto di Prova”

Regole decisionali e dichiarazioni di conformità:

All’atto della stipula del contratto o della sottoscrizione dell’offerta, viene definita con il cliente la regola decisionale da applicare per la presentazione dei risultati e il relativo rispetto ai requisiti di Norma e/o Specifica.
Se non diversamente indicato la dichiarazione di conformità/non conformità si riferisce ai parametri richiesti, analizzati ed indicati sul Rapporto di Prova. Qualora sia presente un riferimento di Norma e/o specifica tecnica del cliente, i valori riportati in grassetto indicano un risultato superiore/inferiore ai valori di riferimento di tale norma e/o specifica.
La valutazione di conformità del risultato confrontato con il limite di legge e/o specifica è da intendersi come risultato dell’analisi a cui sia stato sottratto, sommato o non considerato il valore dell’incertezza estesa secondo le regole decisionali adottate.
Tale risultato è arrotondato al numero di cifre decimali con cui è definito il limite di legge a prescindere dai valori arrotondati dei risultati riportati nel Rapporto di Prova.
Specifiche richieste da parte del cliente sono riportate nel successivo paragrafo “DICHIAZIONE DI CONFORMITA’ / NON CONFORMITA’ ai requisiti di Norma e/o Specifica”.

DICHIAZIONE DI CONFORMITA’ / NON CONFORMITA’ ai requisiti di Norma e/o Specifica:

Il campione oggetto di Prova rientra entro i limiti di Norma e/o specifica per i parametri richiesti, analizzati ed indicati sul presente Rapporto di Prova considerando l’incertezza di misura.
[“Risultato” - “Incertezza” < “Valore Limite”].

Campionamento Effettuato dal cliente/Richiedente:

Nel caso di campionamento non eseguito dal laboratorio, i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto.
Il Laboratorio declina ogni responsabilità nel caso di campionamento eseguito a cura del cliente/richiedente.
Il cliente rimane l’unico soggetto responsabile della rappresentatività del campione pervenuto/consegnato al laboratorio rispetto allo specifico lotto/partita da analizzare.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.



Segue Rapporto di
prova n°:

2166993-001

del: **29/04/2025**

Le informazioni fornite dal cliente (Descrizione del campione, Data e Luogo di campionamento, Lotto, etc) vengono riportate nella sezione del Rapporto di Prova dedicata all'inserimento delle informazioni identificative del campione.

Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento (aliquota campione, temperatura, etc.) rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva).

Il Laboratorio declina la propria responsabilità riguardo i risultati ottenuti dal calcolo effettuato utilizzando i dati forniti dal cliente (Volumi, Aliquote, Flussi, Temperatura, Durata del prelievo, etc).

Le informazioni acquisite vengono esplicitate tramite una nota associata all'analita/gruppo di analiti, esplicitando che il risultato è stato ottenuto mediante calcolo effettuato sulla base della misura dichiarata dal committente/richiedente

Informazioni Tecniche

Nel caso in cui il risultato della prova risulti non valutabile, per valore inferiore a MDL, il Laboratorio indica nel campo del risultato del rapporto di prova "<MDL".

In caso di determinazione di residui/tracce, il recupero è compreso nel range di accettabilità dei metodi di prova e non è utilizzato nei calcoli, se non diversamente specificato.

Per le prove chimiche e microbiologiche, l'incertezza di misura è espressa come estesa e con la stessa unità di misura del risultato analitico, ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura $K=2$ ed una probabilità di misura del 95%.

Per le prove microbiologiche su acque l'incertezza è espressa come livelli di confidenza.

Per le prove microbiologiche su acque destinate al consumo umano l'incertezza di misura è calcolata nel rispetto dell'Annex F della norma ISO 29201:2012.

Per le prove microbiologiche su matrici solide, il Laboratorio per il calcolo dell'incertezza di misura tiene conto solo dello scarto di riproducibilità SR del laboratorio in conformità alla norma ISO 19036:2019.

Per le analisi microbiologiche su campioni di acque in conformità alla norma ISO 8199:2018 valgono le seguenti regole:

- Se il risultato è pari a 0 ufc (unità formanti colonie) si intende numero di microorganismi inferiori ad 1 nel volume analizzato.
- Se il risultato è ≤ 2 ufc (unità formanti colonie) si intende numero di microorganismi presenti nel volume analizzato.
- Se il risultato è compreso tra 3 ufc e 9 ufc (unità formanti colonie) si intende numero di microorganismi stimati.

Per le prove olfattometriche, l'intervallo di incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia $p=95\%$ e con fattore di copertura $k=2$, non è simmetrico intorno al valore centrale perché la concentrazione di odore ha una distribuzione log-normale.

Per la determinazione delle fibre aerodisperse si definiscono i limiti fiduciali, superiore (LFS) e inferiore (LFI) ad un livello di confidenza del 95%.

I risultati analitici sono espressi in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento se non diversamente richiesto da cliente/richiedente.

Se non diversamente indicato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del Lower Bound (L.B.)

Le informazioni relative all'incertezza di campionamento sono disponibili presso il laboratorio. L'incertezza di misura riportata per ogni singolo parametro non comprende l'incertezza di campionamento se non esplicitamente previsto dal metodo di prova.

Il presente rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte della C.A.D.A. s.n.c.

Le firme in calce al rapporto di prova indicano la fine del rapporto di prova stesso.

Responsabile Tecnico Laboratorio

Dott. Giuseppe Rocca

Chimico
Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia
Sigillo N.294

Direttore del Laboratorio

Dott.ssa Margherita Augello

Ordine Nazionale dei Biologi
Albo professionale N.036132

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Il simbolo * indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA.